ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДОБОРУДОВАНИЕ", Место нахождения: 430904, РОССИЯ, Респ Мордовия, город Саранск, рабочий поселок Ялга, улица Пионерская, дом 10, ОГРН: 1021301114625, Номер телефона: +7 8342253618, Адрес электронной почты: med@szmo13.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КУРМАЕВ ДАМИР РАФАЭЛЕВИЧ

заявляет, что Стерилизатор паровой с автоматической системой управления , Стерилизатор паровой с автоматической системой управления ГК-100-«СЗМО», описание продукции: Действие декларации соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 06.06.2023 года

Изготовитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДОБОРУДОВАНИЕ", Место нахождения: 430904, РОССИЯ, Респ Мордовия, город Саранск, рабочий поселок Ялга, улица Пионерская, дом 10, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 430904, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, рабочий поселок Ялга, улица Пионерская, дом 10

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9451-015-07614018-2004 «Стерилизатор паровой с автоматической системой управления ГК-100-«СЗМО»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8419200000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола 077-07-23-ВТ выдан 11.07.2023 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор""; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997), "Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний", раздел 4, подразделы 6.2, 6,5 и 7.2; Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.07.2028 **включительно**

Акционерное общество "Медоборудование"

М.П.

(подпись) КУРМАЕВ ДАМИР РАФАЭЛЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.77223/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 24.07.2023